

2020年1月27日

乾燥ヘモフィルス b 型ワクチン「アクトヒブ®」供給に関する お知らせ

サノフィ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩屋孝彦、以下「弊社」)が、製造販売しております「アクトヒブ®」につきまして、溶解液シリンジ注射針表面に錆が認められる事象が報告されました。弊社は、本事象について昨年末に厚生労働省に報告を行い、医療機関に注意喚起のお願いをいたしました。現時点で、同様の事象の報告を複数件受けております。

なお、当該事象につきましては、現在製造元とシリンジサプライヤーにおいて調査を鋭意進めております。本調査中は出荷を見合わせるため、一時的な供給不足が避けられない見込みです。本件により、医療関係者の皆様、本製品の接種対象となるお子様ならびに保護者の皆様にご不便、ご迷惑をおかけすることを重ねて深謝申し上げます。

弊社と致しましては、ワクチン製造から被接種者への接種に至るまで、高い品質基準を満たす製品を供給し続けるために、原因究明に向け最大限の努力と方策を進めていく所存です。

なお、今後の供給につきましては、改めてご案内申し上げます。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

サノフィパスツールコールセンター

TEL:0120-870-891 受付時間 月～金 9:00-17:00 (土、日、祝祭日・サノフィ株式会社休日除く)